



云南电网公司

中国南方电网

云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院

YDY.JL.JL-157

# 检定证书

## VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号 2014YD 字第 02035 号  
Certificate No.

客户名称  
Client

云南联晟电力工程有限公司

器具名称  
Description

数字式接地电阻测试仪

型号规格  
Model/Type

BY2571

制造厂家  
Manufacturer

武汉三新电力设备制造有限公司

出厂编号  
Serial No.

SXB0154

准确度等级  
Accuracy

3.0 级

结论  
Conclusion

合格

检定日期

Date of Verification

2014 年 05 月 05 日  
Y M D

有效期至

Valid Date to

2015 年 05 月 04 日  
Y M D

证书专用章

批准

Approved by

核 验

Inspected by

检 定

Verified by

陈 超

王 雨

李亚玲

本院地址: 云南省昆明市经济技术开发区云大西路中段 Add: Middle Section of Yunda(W) road, Kunming Economic and Technology development Zone, YunNan, China.

邮政编码: 650217

Zip:650217

联系电话: 0871-66345000

Tel:0871-66345000

传 真: 0871-66345288

Fax:0871-66345288



云南电网公司

中国南方电网 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院

YDY.JL.JL-157

证书编号

2014YD 字 第 02035 号

Certificate No.

• 本检定结果可溯源到国家计量基准。  
The results of verification are traceable to national primary standards.

• 本次检定的技术依据：  
Reference documents for the verification:

JJG 366-2004 《接地电阻表检定规程》

• 本次检定所使用的主要计量标准器具：  
Major measurement standards used in the verification:

名称/型号 Name /Model	出厂编号 Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./Due Date	不确定度或准确度 Uncertainty or accuracy
接地电阻仪检定装置/JD-1B	9542	2014Bz03002/ 2015年01月31日	0.1级

• 检定地点、环境条件：  
Place and environmental conditions of the verification:

地点 Place	温度 Temperature	相对湿度 Relative Humidity
仪表实验室	22℃	40%

• 本证书检定结果仅与被检定设备有关。未经本院书面同意，不得部分复印此证书。  
The results relate only to the items verified. The certificate shall not be partially copied without the written approval of the laboratory.

• 使用规格：  
接地电阻使用范围：(0-200) Ω;