



# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

## 检定证书

Verification Certificate

证书编号: 电字第 1148125 号  
Certificate No.

送检单位: 武汉华电太安电气有限公司  
Applicant

计量器具名称: 低压耐压仪  
Name of Instrument

型号/规格: SX-5kV  
Type/Specification

出厂编号: N00992  
Serial No.

制造单位: 武汉三新电力设备制造有限公司  
Manufacturer

检定依据: JJG795-2004  
Verification Regulation

检定结论: 5级合格  
Verification Conclusion

(检定专用章)  
stamp

批准人: 贾祺  
Approved by

核验员: 黄威  
Checked by

检定员: 王荣  
Verified by

检定日期: 2014 年 10 月 09 日  
Date of Verification Year Month Day

有效期至: 2015 年 10 月 08 日  
Valid until Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (鄂)法计(2013)A001号

地址: 湖北省武汉市江堤中路28号

传真: (027) 84825873

电话: (027) 84846917, 84825873

邮编: 430050

EMAIL: jls@whbts.gov.cn







# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第 1148125 号  
Certificate No.

● 本所是国家法定计量检定机构, 授权证书号: (鄂)法计(2013)A001 号  
This body is an institute of legal verification, Authorization certificate No: (鄂)法计(2013)A001 号

● 本次检定所使用的主要计量标准器  
Standards of measurement used in the verification

名称 Name	证书编号 Certificate No.	有效期 Valid date to
耐电压测试仪校验仪	JL2013121013020 号	2014-12-18

● 检定环境条件  
Environmental conditions of the verification

温度: 20 °C      湿度: 50 %RH      其它: 二  
Temperature      Humidity      Others

地点: 本所 308 室  
Place

量测试检定  
号骑缝章

144500

本证书未加盖本所业务专用章无效, 部分或全部复制本证书未重新加盖本所业务专用章无效。  
This certificate shall not be reproduced (except in full), without the written approval of the institute





# 武汉市计量测试检定(研究)所

WUHAN INSTITUTE OF METROLOGY AND VERIFICATION

证书编号: 电字第 1148125 号  
Certificate No.

## 检定结果

### 1. 输出电压 (AC)

示值(kV)	实测值(kV)
2.00	1.993
3.00	2.995
4.00	3.983
5.00	4.995

### 2. 击穿报警电流 (AC)

示值(mA)	实测值(mA)
0.500	0.497
1.000	1.013
2.00	2.016
5.00	4.984
10.00	9.85
20.0	19.76
50.0	49.65
100.0	99.3

### 3. 电压持续时间

示值(s)	实测值(s)
30	29.78
60	59.78
90	89.78

4. 外观和通电检查: 合格

5. 绝缘电阻:  $\infty$